

Техникалық сипаттама

(ЛОТ № 17)

№	Атауы	Сипаттамасы	Саны
1	Зертханалық ауа тартқыш шкаф	Номиналды ені: 1,2 м Сыртқы өлшемдері (Ен×Тереңдік×Биіктік): 1200 × 873 × 1500 мм Ішкі жұмыс аймағының өлшемдері: 1120 × 682 × 1435 мм Шығатын ауа көлемі: 1109 м³/сағ Ұсынылатын статикалық қысым: 68 Па Шығару арнасының диаметрі: 250 мм Жарықтандыру деңгейі (люкс): кемінде 79 люкс Қуат көзі: 220–240 В, 50/60 Гц Нетто салмағы: шамамен 120 кг Сыртқы корпус: Эпоксидті-полиэфирлі Isocide™ ұнтақ жабынымен қапталған мырышталған болат пен алюминий Ішкі жабындысы: Фенол шайыры негізіндегі Esco Resinate™ материалы Ішкі ауалық қалқандар: Esco Resinate™ материалы Ауа торы: Тот баспайтын болат (SUS 304) Жұмыс беті: Жиынтықтағы фенол шайыры негізіндегі модуль (шкаф тұғырына орнатылған) Басқару жүйесі: Механикалық батырмалы қосқыштар	5
	Барлығы		5

Ғылым және стратегиялық даму вице-ректоры

А.Ошибаева

Ғылымды дамыту жөніндегі жобалық кеңсе басшысы

А.Айымбетова

Ғылым департаментінің жетекші маманы

Т.Джатаев

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Түркістан қаласына дейінгі (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген. Тауарды жеткізу тауар құнына енгізілуі тиіс монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары, сондай-ақ персоналды оқытумен міндетті түрде жүзеге асырылады.

Әлеуетті жеткізуші Республика Қазақстан аумағында жеткізілетін тауарды пайдалануға қажетті барлық рұқсаттар мен сәйкестік құжаттарының бар екенін растайды және кепілдік береді. Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын санитариялық-экологиялық, табиғатты қорғау және өзге де нормативтер мен талаптарға толық сәйкес келеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес барлық